

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/20/2019 14:08:21 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2092801**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2519703**
Nº SO: **2327859**
NF Cliente/Cust. **34502 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **09/19/2019 15:14:48 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	66.0000	PT	4226.0010	PLACA AGAR NUTRIENTE METAL 90X - Lote:MNA90101	MNA90101

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	11.42	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/19/2019 19:25:31 GMT
450.00	Dose Minima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.82	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/19/2019 19:25:57 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: 09/19/2019 19:53:13 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**