

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/24/2020 0:17:12 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2388384**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2596712**
 Nº SO: **2417892**
 NF Cliente/Cust. **35768 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/22/2020 13:14:00 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020011	MTAR020011
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020012	MTAR020012
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020013	MTAR020013
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010010	TSAT010010
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010011	TSAT010011
108	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010012	TSAT010012
109	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010013	TSAT010013
110	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010002	MTA010002

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	37.04	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/23/2020 11:58:27 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.84	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/23/2020 11:58:44 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
 Por:

Data/Date: 01/23/2020 13:43:16 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço