

## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

07/30/2020 20:48:39 GMT  
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **3054400**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2712262**  
 Nº SO: **2556706**  
 NF Cliente/Cust. **37885 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 07/29/2020 16:42:13 GMT  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: CELL A  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	15950.0000	UN	5155.0230	SPOUCH PIC 145.230 IR P AGAR - Lote:20-1239	20 1239
104	61300.0000	UN	5155.0230	SPOUCH PIC 145.230 IR P AGAR - Lote:20-1240	20 1240
105	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODA - Lote:MTAR020160	MTAR020160
106	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODA - Lote:MTAR020161	MTAR020161
107	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODA - Lote:MTAR020162	MTAR020162
108	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODA - Lote:MTAR020163	MTAR020163
109	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 - Lote:MTA010035	MTA010035
110	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010138	TSAT010138
111	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010139	TSAT010139
112	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010140	TSAT010140
113	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010141	TSAT010141
114	40.0000	PT	4075.0010	PLACA BHI 90X15 PCT C/10 - Lote:BHI010003	BHI010003

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.75	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/30/2020 11:59:01 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	18.49	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/30/2020 11:59:35 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
 Por:

Data/Date: 07/30/2020 13:22:34 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 [www.sterigenics.com](http://www.sterigenics.com)**

R58480102

07/30/2020 20:48:39 GMT  
Page 2 of 2

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 3054400

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2712262  
**Nº SO:** 2556706  
**NF Cliente/Cust.** 37885 1

15 - 40 kGy

**Tratamento Gama**

**Data/Hora - Irradiação:**  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:**  
**Irradiation Cell:**

07/29/2020 16:42:13 GMT  
CELL A