

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/04/2020 4:27:27 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3063172**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2713746**
 Nº SO: **2558859**
 NF Cliente/Cust. **37917 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/31/2020 13:04:00 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010142
104	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010143
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010144
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010145
107	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010036
108	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020164
109	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020165
110	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020166
111	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020167
112	33.0000	PT	4237.0010	SAB - AGAR SABOURAUD DEX. PL.90X15 (PT C/10) - SS - Lote:SA	SAB010004
113	52.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSAI010007

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.91	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/03/2020 13:26:55 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.73	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/03/2020 13:27:34 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 08/03/2020 13:35:46 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço