

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

11/30/2020 20:30:49 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3392829**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2786548**
 Nº SO: **2647277**
 NF Cliente/Cust. **39307 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell:

11/27/2020 12:24:34 GMT
 CELL A

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010203
104	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010204
105	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020269
106	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020270
107	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010065
108	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010066
109	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010205
110	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020271
111	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020272
112	1.0000	CJ	4101.0021	BTSB - TSB GAMA IRRADIADO 20KGY BOLSA FLEXBOY 20L - Lote:BT	BTSB660015
113	1.0000	CJ	4101.0021	BTSB - TSB GAMA IRRADIADO 20KGY BOLSA FLEXBOY 20L - Lote:BT	BTSB660016

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	27.49	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	11/30/2020 12:17:11 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	17.94	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	11/30/2020 12:19:08 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 11/30/2020 13:18:20 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço