

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

10/18/2021 20:30:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **3407276**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2987001**
Nº SO: **2891327**
NF Cliente/Cust. **43133 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **10/15/2021 14:26:08 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|-----------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102 | 64.0000 | PT | 4136.0010 | TSAI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HISTPL 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS | TSAI010021 |
| 104 | 440.0000 | PT | 4176.0010 | MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT | MTA010144 |
| 105 | 440.0000 | PT | 4176.0010 | MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT | MTA010145 |
| 106 | 440.0000 | PT | 4176.0010 | MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT | MTA010146 |
| 107 | 440.0000 | PT | 4176.0010 | MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT | MTA010147 |
| 108 | 440.0000 | PT | 4176.0010 | MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT | MTA010148 |
| 109 | 168.0000 | PT | 4130.0010 | MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC | MCTAB010039 |
| 110 | 132.0000 | PT | 4130.0110 | MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC | MCTAB020058 |

Resumo ? Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição ? Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|---|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Maxima | 15.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 30.69 | Pass | VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 10/18/2021 11:13:45 GMT |
| 450.00 | Dose Minima | 15.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 19.44 | Pass | VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 10/18/2021 11:14:07 GMT |

DOSAGEM 15 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **ISABELLE C PEREIRA DA SILVA**
Por:

Data/Date: 10/18/2021 13:40:06 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**