

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

04/10/2018 20:11:20 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1186305

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2181630  
**Nº SO:** 1928941  
**NF Cliente/Cust.** 28779 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 04/09/2018 18:20:57 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 .C (PT C - Lote:MTA80111	MTA80111

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy	40.00 kGy	34.36	Pass	JINACIO	04/10/2018 12:56:53 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	20.00 kGy	40.00 kGy	22.52	Pass	JINACIO	04/10/2018 12:57:08 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA  
Por:

Data/Date: 04/10/2018 16:50:03 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço