

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

05/30/2019 13:37:35 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1902495

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2447456
Nº SO: 2244606
NF Cliente/Cust. 33277 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 05/29/2019 15:10:45 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	420.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90117	MTA90117
103000	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C / - Lote:TSAT90164	TSAT90164

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	29,19	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	05/30/2019 11:50:52 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	16,94	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	05/30/2019 11:51:08 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 05/30/2019 12:21:36 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço