

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

07/01/2019 14:19:02 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1938075

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2467839  
**Nº SO:** 2267951  
**NF Cliente/Cust.** 33622 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 06/28/2019 21:58:54 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	420.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90122	MTA90122

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy	40,00 kGy	27,43	Pass	JINACIO	07/01/2019 11:32:18 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15,00 kGy	40,00 kGy	15,43	Pass	JINACIO	07/01/2019 11:32:29 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES  
Por:

Data/Date: 07/01/2019 14:08:09 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço