

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

07/15/2019 18:29:13 GMT  
Page 1 of 1
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1958606

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2476378  
**Nº SO:** 2277526  
**NF Cliente/Cust.** 33784 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 07/12/2019 14:12:00 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902121	MTAR902121
103000	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902122	MTAR902122
105000	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT90192	TSAT90192
106000	420.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90124	MTA90124

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy	40,00 kGy	29,19	Pass	JINACIO	07/15/2019 11:39:52 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy	40,00 kGy	15,76	Pass	JINACIO	07/15/2019 11:40:07 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

 Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES  
 Por:

Data/Date: 07/15/2019 17:56:47 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço