

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

09/18/2019 14:36:03 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2087219

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2517929  
**Nº SO:** 2325851  
**NF Cliente/Cust.** 34462 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 09/17/2019 18:30:38 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902180	MTAR902180
103	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902181	MTAR902181
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901130	TSAT901130
106	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90130	MTA90130

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	28.20	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/18/2019 11:35:23 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.70	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/18/2019 11:35:53 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO

Data/Date: 09/18/2019 13:41:20 GMT

Por:

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço