

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/20/2020 19:00:08 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2372626**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2593802**
Nº SO: **2414544**
NF Cliente/Cust. **35723 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **01/17/2020 12:34:34 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	630.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020006	MTAR020006
103	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020007	MTAR020007
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020008	MTAR020008
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020009	MTAR020009
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020010	MTAR020010
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010007	TSAT010007
108	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010008	TSAT010008
109	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010009	TSAT010009
110	333.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEN 25 ML - Lote:CLET480001	CLET480001
111	115.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC010001	DRBC010001

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.82	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/18/2020 11:53:44 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.53	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/18/2020 11:54:04 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: 01/20/2020 14:39:59 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**