

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/10/2020 0:15:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2540512**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2625405**
Nº SO: **2452349**
NF Cliente/Cust. **36292 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **03/06/2020 14:57:10 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020044	MTAR020044
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010043	TSAT010043
105	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB660003	BTSB660003
106	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB660002	BTSB660002
107	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB660004	BTSB660004
108	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB660005	BTSB660005
109	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB660006	BTSB660006
110	.2000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB660007	BTSB660007

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.48	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/09/2020 18:32:32 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	20.65	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/09/2020 18:33:00 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
Por:

Data/Date: **03/09/2020 19:03:45 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**