

## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/16/2020 20:30:11 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **2563973**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2630040**  
 Nº SO: **2457524**  
 NF Cliente/Cust. **36382 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **03/13/2020 14:25:00 GMT**  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: **CELL A**  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020048	MTAR020048
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020047	MTAR020047
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010048	TSAT010048
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010047	TSAT010047
107	52.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote:TSAI010003	TSAI010003
108	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010005	BETAP010005
109	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP020004	BETAP020004
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020049	MTAR020049
111	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010049	TSAT010049

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.05	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/16/2020 11:42:43 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.42	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/16/2020 11:43:22 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
 Por:

Data/Date: 03/16/2020 13:54:22 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço