

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/30/2020 19:45:07 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2614073**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2638704**  
Nº SO: **2468016**  
NF Cliente/Cust. **36548 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **03/27/2020 13:35:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010014	MTA010014
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010052	TSAT010052
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010051	TSAT010051
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020059	MTAR020059
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020058	MTAR020058
108	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010007	BETAP010007
109	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010054	TSAT010054
110	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010053	TSAT010053
111	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020061	MTAR020061
112	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020060	MTAR020060

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.96	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/30/2020 15:48:39 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.57	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/30/2020 15:49:33 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
Por:

Data/Date: **03/30/2020 17:12:29 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**