

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/09/2020 13:46:45 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2652538**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2645769**
Nº SO: **2476594**
NF Cliente/Cust. **36708 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **04/08/2020 14:58:59 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020069	MTAR020069
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020070	MTAR020070
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020071	MTAR020071
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010059	TSAT010059
107	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010017	MTA010017
108	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010005	TSA010005
109	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020009	MCTAB020009
110	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010060	TSAT010060
111	429.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P - Lote:TSARM020005	TSARM020005
112	122.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEN 25 ML - Lote:CLET480005	CLET480005
113	111.0000	UN	4182.0009	SOL. FISIOLOGICA 0,9% EM TUBO - Lote:FIS370001	FIS370001

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	31.54	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/09/2020 11:51:08 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.25	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/09/2020 11:51:55 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
Por:

Data/Date: **04/09/2020 13:32:34 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**