

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

05/18/2020 19:01:30 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2767277**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2668201**  
Nº SO: **2503354**  
NF Cliente/Cust. **37070 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **05/15/2020 12:44:50 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

| SO Linha  | Qtd       | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                     | No. Lote do Cliente |
|-----------|-----------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| SO Line # | Qty       | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                             | Customer Lot Number |
| 102       | 7500.0000 | UN  | 5156.0010            | SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:20-0771                    | 20 0771             |
| 103       | 312.0000  | PT  | 4004.0010            | PLACA TSA 90X15 (PT C/10) -<br>Lote:TSA010006         | TSA010006           |
| 104       | 138.0000  | PT  | 4008.0010            | TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P.T -<br>Lote:TSARM020006 | TSARM020006         |
| 105       | 629.0000  | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR020099  | MTAR020099          |
| 107       | 467.0000  | UN  | 4145.0025            | FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML -<br>Lote:CLET480006       | CLET480006          |
| 108       | 440.0000  | PT  | 4176.0010            | PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTA010022   | MTA010022           |
| 109       | 440.0000  | PT  | 4175.0010            | PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ -<br>Lote:TSAT010089  | TSAT010089          |
| 110       | 629.0000  | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR020098  | MTAR020098          |
| 111       | 629.0000  | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR020097  | MTAR020097          |
| 112       | 543.0000  | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR020100  | MTAR020100          |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                  | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                   | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                   | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | -----Signed By-----<br>User               | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 15.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 32.34     | Pass         | VFDOSSANTO<br>VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 05/18/2020 12:11:45 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 15.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 21.51     | Pass         | VFDOSSANTO<br>VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 05/18/2020 12:12:12 GMT |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
Por:

Data/Date: 05/18/2020 13:08:10 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**