

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/03/2020 19:31:34 GMT  
Page 1 of 1
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2816674

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2676196  
**Nº SO:** 2513397  
**NF Cliente/Cust.** 37225 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 05/29/2020 15:35:39 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010024	MTA010024
104000	32.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote:TSAI010005	TSAI010005
105000	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020106	MTAR020106
106000	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020107	MTAR020107
107000	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010093	TSAT010093
108000	525.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010010	MCTAB010010
109000	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010025	MTA010025
110000	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020108	MTAR020108
111000	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020109	MTAR020109

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	30,12	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/01/2020 11:59:56 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	20,29	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/01/2020 12:00:34 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
 Por:

Data/Date: 06/01/2020 14:30:01 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço