

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/04/2020 19:00:53 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2835044**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2678666**  
Nº SO: **2516503**  
NF Cliente/Cust. **37272 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **06/03/2020 13:49:28 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula:  
Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010094	TSAT010094
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010095	TSAT010095
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020110	MTAR020110
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020111	MTAR020111
107	180.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC010008	DRBC010008
108	440.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP010008	TSAP010008
109	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010014	BETAP010014
110	429.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP020010	MCTAP020010
111	64.0000	PT	4129.0010	PLACA TSA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:TSAB010004	TSAB010004
112	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020112	MTAR020112

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.03	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/04/2020 11:50:13 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.58	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/04/2020 11:51:06 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
Por:

Data/Date: **06/04/2020 12:59:00 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**