

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/17/2020 0:19:51 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2990811**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2703546**
 Nº SO: **2546201**
 NF Cliente/Cust. **37734 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/15/2020 15:50:00 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020148	MTAR020148
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020149	MTAR020149
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010126	TSAT010126
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010127	TSAT010127
107	233.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEN 25 ML - Lote:CLET480008	CLET480008
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020150	MTAR020150
109	40.0000	PT	4237.0010	SAB - AGAR SABOURAUD DEX. PL. - Lote:SAB010003	SAB010003
110	288.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010013	MCTAB010013
111	126.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020020	MCTAB020020
112	430.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA010008	SDA010008
113	5000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:20-1153	20 1153

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	29.46	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/16/2020 12:10:32 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	19.93	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/16/2020 12:10:56 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 07/16/2020 12:48:40 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço