

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/07/2020 19:08:28 GMT  
Page 1 of 2
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 3393840

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2790830  
**Nº SO:** 2652288  
**NF Cliente/Cust.** 39418 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 12/04/2020 15:58:35 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020275
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020276
105	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020277
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010208
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010209
108	629.0000	PT	4065.0110	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP020023
109	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020278
110	86.0000	PT	4130.0110	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020034
111	288.0000	PT	4130.0010	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010022
112	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010067
113	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010068

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	26.82	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/07/2020 12:24:00 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.13	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/07/2020 12:24:50 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
 Por:

Data/Date: 12/07/2020 15:34:55 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/07/2020 19:08:28 GMT  
Page 2 of 2

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 3393840

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2790830  
**Nº SO:** 2652288  
**NF Cliente/Cust.** 39418 1

15 - 40 kGy

**Tratamento Gama**

**Data/Hora - Irradiação:**  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:**  
**Irradiation Cell:**

12/04/2020 15:58:35 GMT  
CELL A