

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

12/21/2020 19:00:09 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3396114

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2799694
Nº SO: 2663010
NF Cliente/Cust. 39596 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/18/2020 12:22:35 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020288
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020289
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010218
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010219
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010220
108	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020290
109	629.0000	PT	4004.0110	TSAR - PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAR020007
110	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010221
111	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010069
112	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010070

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.74	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/21/2020 12:15:48 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.00	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/21/2020 12:16:08 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 12/21/2020 13:00:25 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço