

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/05/2018 15:30:28 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1554125

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2237566
Nº SO: 1996320
NF Cliente/Cust. 29797 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 07/03/2018 16:14:26 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80185	TSAT80185
103	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C / - Lote:TSAT80186	TSAT80186
105	515.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR80299	MTAR80299
106	515.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR802100	MTAR802100

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.52	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	07/04/2018 12:26:14 GMT
450.00	Dose Máxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	26.14	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	07/04/2018 12:26:45 GMT

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO

Data/Date: 07/04/2018 12:36:28 GMT

Por:

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço