

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

07/10/2018 19:20:33 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1578181**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2239942**  
Nº SO: **1998834**  
NF Cliente/Cust. **29851 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **07/06/2018 14:32:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	330.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB80113	MCTAB80113
104	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR802103	MTAR802103
105	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR802104	MTAR802104
106	600.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 .C (PT C - Lote:MTAR802105	MTAR802105

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	38.30	Pass	JINACIO	07/07/2018 11:51:19 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	20.77	Pass	JINACIO	07/07/2018 11:51:33 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 15A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**  
Por:

Data/Date: 07/10/2018 11:11:58 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**