

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

10/24/2019 17:16:49 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2166566

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2542475  
**Nº SO:** 2353897  
**NF Cliente/Cust.** 34868 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 10/23/2019 14:54:09 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902211	MTAR902211
103	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90229	MCTAB90229
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901159	TSAT901159
106	400.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA90113	SDA90113
107	92.0000	PT	4178.0010	PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10 - Lote:R2AO90113	R2AO90113
108	48.0000	PT	4129.0010	PLACA TSA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:TSAB90104	TSAB90104
109	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90117	TSA90117
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902210	MTAR902210
111	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901157	TSAT901157
112	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901158	TSAT901158

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.12	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/24/2019 11:38:50 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.03	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/24/2019 11:39:12 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 10/24/2019 13:40:44 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço