

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

10/28/2019 14:11:27 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2171199**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2544226**
Nº SO: **2356106**
NF Cliente/Cust. **34890 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **10/25/2019 13:54:42 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901160	TSAT901160
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901161	TSAT901161
105	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90118	TSA90118
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902212	MTAR902212
107	86.0000	UN	4145.0150	CLET - FRASCO PET DE 150ML COM - Lote:CLET92901	CLET92901
108	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90230	MCTAB90230
109	117.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC90110	TSAC90110
110	160.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A90114	R2A90114
111	117.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD90110	YPD90110
112	56.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote:TSAI90109	TSAI90109
113	139.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA90113	PCA90113
114	235.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM90212	TSARM90212
115	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90220	SDATL90220
116	35.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARI90211	TSARI90211

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.01	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/26/2019 12:17:12 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.60	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/26/2019 12:17:39 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

10/28/2019 14:11:27 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2171199

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2544226
Nº SO: 2356106
NF Cliente/Cust. 34890 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

10/25/2019 13:54:42 GMT

CELL A

Por:

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço