

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

11/27/2019 19:25:43 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2222764

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2557506  
**Nº SO:** 2371419  
**NF Cliente/Cust.** 35136 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 11/14/2019 21:36:46 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901166	TSAT901166
104000	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902223	MTAR902223
105000	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90119	TSA90119
106000	520.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB90121	MCTAB90121
107000	138.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90231	MCTAB90231
108000	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90221	SDATL90221
109000	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP90218	MCTAP90218

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	33,82	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	11/16/2019 12:22:09 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	23,53	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	11/16/2019 12:23:27 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
Por:

Data/Date: 11/16/2019 12:39:18 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço