

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

12/12/2019 16:14:17 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2282156

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2574467
Nº SO: 2391106
NF Cliente/Cust. 35443 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/11/2019 15:07:11 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901173	TSAT901173
103	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902239	MTAR902239
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902237	MTAR902237
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902238	MTAR902238
106	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90121	TSA90121
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902240	MTAR902240
108	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90235	MCTAB90235
109	143.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90236	MCTAB90236

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.59	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	12/12/2019 11:27:52 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.42	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	12/12/2019 11:28:15 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
 Por:

Data/Date: 12/12/2019 11:44:33 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço