

## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/20/2019 0:16:27 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **2297870**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2579049**  
 Nº SO: **2396450**  
 NF Cliente/Cust. **35535 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/18/2019 13:49:22 GMT  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: CELL A  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901175	TSAT901175
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902244	MTAR902244
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902245	MTAR902245
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902246	MTAR902246
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901176	TSAT901176
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902247	MTAR902247
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902248	MTAR902248
110	533.0000	UN	4233.0015	TSBPPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPPB98104	TSBPPB98104

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.25	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	12/19/2019 18:56:23 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.49	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	12/19/2019 18:56:58 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
 Por:

Data/Date: 12/19/2019 18:59:22 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço