

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

12/23/2019 19:45:41 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2307870

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2580821
Nº SO: 2398576
NF Cliente/Cust. 35560 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/20/2019 13:41:23 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902249	MTAR902249
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901177	TSAT901177
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902250	MTAR902250
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901178	TSAT901178
107	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB96613	BTSB96613
108	100.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP90113	TSAP90113
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902251	MTAR902251
110	515.0000	PT	4004.0110	PLACA TSA R 60X10 (PT C/10) - Lote:TSAR90210	TSAR90210

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	36.39	Pass	JINACIO	12/21/2019 13:00:28 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	22.98	Pass	JINACIO	12/21/2019 13:00:44 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES
 Por:

Data/Date: 12/23/2019 11:43:25 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço