

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

05/30/2019 13:44:44 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1902496**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2447453**  
Nº SO: **2244600**  
NF Cliente/Cust. **33278 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **05/29/2019 15:22:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                   | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                           | Customer Lot Number |
| 102000       | 600.0000 | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C -<br>Lote:MTAR90294 | MTAR90294           |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                  | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                  | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                   | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User                                     | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 15,00 kGy<br>Reason Code Teste | 40,00 kGy     | 26,52     | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 05/30/2019 11:56:09 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 15,00 kGy<br>Reason Code Teste | 40,00 kGy     | 15,79     | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 05/30/2019 11:56:24 GMT |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: 05/30/2019 12:17:01 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**