

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/15/2018 20:47:17 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1459691

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2224424
Nº SO: 1980064
NF Cliente/Cust. 29550 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/13/2018 14:58:48 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|-----------|---------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102000 | 74.0000 | PT | 4018.0010 | PLACA NUTRIENTE 90X15 (PTC/10) - Lote:NA80104 | NA80104 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Maxima | 5,00 kGy | 40,00 kGy | 12,25 | Pass | JINACIO | 06/14/2018 12:54:17 GMT |
| | | Reason Code Teste | | | | JOICE SILVA INACIO | |
| 450.00 | Dose Minima | 5,00 kGy | 40,00 kGy | 7,93 | Pass | JINACIO | 06/14/2018 12:54:28 GMT |
| | | Reason Code Teste | | | | JOICE SILVA INACIO | |

DOSAGEM 05A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA
Por:

Data/Date: 06/14/2018 13:03:10 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço