

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

01/27/2020 19:00:52 GMT  
Page 1 of 1
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2396670

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2598834  
**Nº SO:** 2420213  
**NF Cliente/Cust.** 35813 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 01/25/2020 00:14:10 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

| SO Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                    | No. Lote do Cliente |
|-----------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                            | Customer Lot Number |
| 102       | 160.0000 | PT  | 4064.0010            | PLACA R2A PPU (PCT 10) -<br>Lote:R2A010001           | R2A010001           |
| 104       | 183.0000 | PT  | 4110.0110            | PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R -<br>Lote:SDATL020002 | SDATL020002         |
| 105       | 160.0000 | PT  | 4012.0100            | PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 -<br>Lote:PCA040001    | PCA040001           |
| 106       | 160.0000 | PT  | 4012.0100            | PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 -<br>Lote:PCA040002    | PCA040002           |
| 107       | 334.0000 | PT  | 4012.0010            | PLACA PCA 90X15 (PT C/10) -<br>Lote:PCA010001        | PCA010001           |
| 108       | 96.0000  | PT  | 4178.0010            | PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10 -<br>Lote:R2A0010001  | R2A0010001          |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                 | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                      | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                  | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User   | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 5.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 11.51     | Pass         | VSANTOS<br>VANESSA DE CASSIA<br>OLIVEIRA SAN | 01/25/2020 11:51:12 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 5.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 7.72      | Pass         | VSANTOS<br>VANESSA DE CASSIA<br>OLIVEIRA SAN | 01/25/2020 11:51:32 GMT |

DOSAGEM 05 A 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

 Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
 Por:

Date/Date: 01/27/2020 16:57:42 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço