

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Agar Padrão para Contagem**

**Código: 4012.0010**

**Lote: PCA 010002**

**Placas 90x15 com 18 ml.**

**Fabricação: 11 / 02 / 2020**

**Vencimento: 11 / 07 / 2020**

**Laudo: 200142**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
<b>Aspecto</b>		
Cor	Âmbar.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
<b>Esterilidade</b>		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,00 ± 0,20	7,11

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	28 UFC	26 UFC	106 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	24 UFC	25 UFC	96 %

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 20 / 02 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br