

## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/03/2020 19:00:45 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **3393419**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2789076**  
 Nº SO: **2650262**  
 NF Cliente/Cust. **39373 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/02/2020 14:55:00 GMT  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: CELL A  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	65.0000	PT	4110.0010	SDATL - SDA + LEC. + TWEEN80 PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:SD	SDATL010005
103	320.0000	PT	4064.0010	R2A - AGAR R2A PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:R2	R2A010008
104	64.0000	PT	4178.0010	R2AO - AGAR R2A OXOID PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:R2	R2AO010012
105	334.0000	PT	4012.0010	PCA - AGAR DE CONTAGEM PADRAOPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:PC	PCA010006
106	314.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:PC	PCA040016
107	314.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:PC	PCA040017

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.32	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/03/2020 12:53:36 GMT
450.00	Dose Máxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	12.33	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/03/2020 12:53:59 GMT

DOSAGEM DE 05 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
 Por:

Data/Date: 12/03/2020 13:49:00 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço