

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

01/18/2021 13:51:51 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3396799**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2811982**
 Nº SO: **2679096**
 NF Cliente/Cust. **39813 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/15/2021 16:24:00 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020304
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020305
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010236
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010237
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010238
108	126.0000	PT	4130.0110	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020035
109	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020306
110	629.0000	PT	4065.0110	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP020026
111	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010072
112	288.0000	PT	4130.0010	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010024
113	550.0000	PT	4009.0010	SDA - AGAR SABOURAUD DEXTROSEPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:SD	SDA010016
114	84.0000	PT	4012.0010	PCA - AGAR DE CONTAGEM PADRAOPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:PC	PCA010007
115	133.0000	UN	4145.0025	CLET - CALDO LETHEN FRASCO PET DE 25ML C/ 9ML - Lote:CL	CLET480014

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	27.92	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	01/18/2021 12:10:16 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.40	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	01/18/2021 12:10:45 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

01/18/2021 13:51:51 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3396799

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2811982
Nº SO: 2679096
NF Cliente/Cust. 39813 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

01/15/2021 16:24:00 GMT

CELL A

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
Por:

Data/Date: 01/18/2021 13:24:59 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço