

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

10/18/2021 20:30:48 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3407275**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2987003**
 Nº SO: **2891329**
 NF Cliente/Cust. **43134 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 10/15/2021 12:50:29 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	104.0000	PT	4178.0010	R2AO - AGAR R2A OXOID PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:R2	R2A0010022
103	620.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:PC	PCA040031
104	440.0000	PT	4064.0010	R2A - AGAR R2A PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:R2	R2A010015
105	550.0000	PT	4009.0010	SDA - AGAR SABOURAUD DEXTROSEPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:SD	SDA010025
106	43.0000	PT	4018.0010	NA - AGAR NUTRIENTE PLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:NA	NA010008

Resumo ? Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição ? Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.15	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	10/15/2021 18:47:03 GMT
450.00	Dose Máxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	11.41	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	10/15/2021 18:47:37 GMT

DOSAGEM 05 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **ISABELLE C PEREIRA DA SILVA**
 Por:

Data/Date: 10/15/2021 20:52:39 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço