

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Padrão para Contagem.

Código: 4102.0251

Lote: PCA 220005

Frasco Tampa Lacre de 225ml com 200 ml.

Fabricação: 18 / 12 / 2020

Vencimento: 19 / 04 / 2021

Laudo: 201757

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,00 ± 0,20	6,97		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	29 UFC	28 UFC	104 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	21 UFC	20 UFC	103 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 21 / 12 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br