

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Padrão para Contagem.

Código: 4102.0400

Lote: PCA 760037

Frasco com tampa rosca de 500ml com 400ml.

Fabricação: 25 / 06 / 2024

Vencimento: 25 / 10 / 2024

Laudo: 241181

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,00 ± 0,20	7,20		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	24 UFC	21 UFC	112 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	66 UFC	65 UFC	102 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 28 / 06 / 2024