

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/18/2018 14:24:36 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1467072

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2225291
Nº SO: 1981088
NF Cliente/Cust. 29559 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/14/2018 14:42:11 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	164.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:PCA80405	PCA80405

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy	40.00 kGy	9.77	Pass	JINACIO	06/15/2018 12:49:44 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	5.00 kGy	40.00 kGy	5.82	Pass	JINACIO	06/15/2018 12:49:56 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 05A 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA
Por:

Data/Date: 06/15/2018 15:15:29 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço