

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Padrão para Contagem.

Código: 4102.0250

Lote: PCA 84502

**Frasco SCH de 250ml
com 200 ml.**

8Fabricação: 20 / 02 / 2018

Vencimento: 20 / 05 / 2018

Laudo: 180191

ENSAIO	REQUISITO		RESULTADO	
Aspecto				
Cor	Âmbar.		Conforme	
Transparência	Ligeiramente opalescente.		Conforme	
Textura	Gelatinoso.		Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.		Conforme	
Esterilidade				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.		Conforme	
pH	7,00 ± 0,20		7,19	
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	12 UFC	13 UFC	92 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	22 UFC	27 UFC	81 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 23 / 02 / 2018

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br