

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar Padrão para Contagem.**

**Código: 4102.0500**

**Lote: PCA 84604**

**Frasco SCH de 500ml  
com 400 ml.**

**Fabricação: 22 / 02 / 2018**

**Vencimento: 22 / 05 / 2018**

**Laudo: 180203**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>		<b>RESULTADO</b>	
<b>Aspecto</b>				
Cor	Âmbar.		<b>Conforme</b>	
Transparência	Ligeiramente opalescente.		<b>Conforme</b>	
Textura	Gelatinoso.		<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Homogêneo.		<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.		<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	7,00 ± 0,20		<b>6,99</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	<b>23 UFC</b>	<b>22 UFC</b>	<b>102 %</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	<b>17 UFC</b>	<b>18 UFC</b>	<b>94 %</b>

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 26 / 02 / 2018**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br