

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/18/2019 20:43:26 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1964655

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2479132
Nº SO: 2280793
NF Cliente/Cust. 33843 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 07/17/2019 14:37:19 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	167.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA90109	PCA90109
103000	252.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A90108	R2A90108
104000	25.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA90111	SDA90111
105000	400.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA90110	SDA90110
106000	12.0000	PT	4009.0110	PLACA SDA R 60X10 (PTC/10) - Lote:SDAR90201	SDAR90201
107000	6.0000	PT	4009.0110	PLACA SDA R 60X10 (PTC/10) - Lote:SDAR90202	SDAR90202
108000	6.0000	PT	4009.0110	PLACA SDA R 60X10 (PTC/10) - Lote:SDAR90203	SDAR90203

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	12,65	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	07/18/2019 13:57:38 GMT
450.00	Dose Minima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	7,44	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	07/18/2019 13:57:50 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES
Por:

Data/Date: 07/18/2019 20:27:20 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço