

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

05/22/2019 20:19:37 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1890910**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2442403**  
Nº SO: **2238904**  
NF Cliente/Cust. **33192 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **05/21/2019 13:02:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                        | Customer Lot Number |
| 102000       | 160.0000 | PT  | 4012.0100            | PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 -<br>Lote:PCA90408 | PCA90408            |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                 | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                  | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                  | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User                                     | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Mínima                    | 5,00 kGy<br>Reason Code Teste | 40,00 kGy     | 7,04      | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 05/22/2019 19:09:55 GMT |
| 450.00 | Dose Máxima                    | 5,00 kGy<br>Reason Code Teste | 40,00 kGy     | 11,82     | Pass         | TDESOUZA<br>THAYNY APARECIDA DE<br>SOUZA | 05/22/2019 19:10:09 GMT |

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JESSICA DIAS MURTA**  
Por:

Data/Date: 05/22/2019 19:51:48 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**