

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

09/23/2019 18:58:23 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2096807**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2520997**  
Nº SO: **2329191**  
NF Cliente/Cust. **34522 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **09/20/2019 22:10:01 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	64.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:PCA90414	PCA90414

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy	40.00 kGy	11.53	Pass	JINACIO	09/23/2019 12:23:13 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	5.00 kGy	40.00 kGy	8.10	Pass	JINACIO	09/23/2019 12:23:27 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
Por:

Data/Date: **09/23/2019 18:31:39 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**