



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/07/2018 13:22:54 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 903049

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2141840
Nº SO: 1880391
NF Cliente/Cust. 28001 1

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 02/05/2018 22:22:14 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	20.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A80104	R2A80104

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	8.49	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	02/06/2018 10:27:40 GMT

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES
Por:

Data/Date: 02/06/2018 10:36:43 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço