

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar R2A.

Código: 4114.0200

Lote: R2A 92201

**Frasco com tampa lacre
de 250ml com 200 ml.**

Fabricação: 08 / 02 / 2019

Vencimento: 08 / 05 / 2019

Laudo: 190144

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Incolor a âmbar claro.	Conforme		
Transparência	Ligeiramente opalescente com leve precipitado.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,20 ± 0,20	7,11		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 70%	26 UFC	28 UFC	95 %
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 70%	43 UFC	44 UFC	99 %

Inóculo: tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

Referência: Agar Tripton de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 11 / 02 / 2019

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br