

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

09/26/2019 17:43:05 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2104568**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2523466**  
Nº SO: **2332101**  
NF Cliente/Cust. **34559 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **09/25/2019 12:49:46 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                   | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                           | Customer Lot Number |
| 102000       | 103.0000 | PT  | 4110.0110            | PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R -<br>Lote:SDATL90217 | SDATL90217          |
| 104000       | 48.0000  | PT  | 4178.0010            | PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10 -<br>Lote:R2AO90112  | R2AO90112           |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                 | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                      | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                  | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | -----Signed By-----<br>User                  | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 5,00 kGy<br>Reason Code Teste | 40,00 kGy     | 11,69     | Pass         | VSANTOS<br>VANESSA DE CASSIA<br>OLIVEIRA SAN | 09/25/2019 17:56:26 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 5,00 kGy<br>Reason Code Teste | 40,00 kGy     | 7,42      | Pass         | VSANTOS<br>VANESSA DE CASSIA<br>OLIVEIRA SAN | 09/25/2019 17:57:02 GMT |

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: **09/26/2019 16:33:19 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**