

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/16/2020 20:30:41 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2364907

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2592019
Nº SO: 2412635
NF Cliente/Cust. 35696 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/15/2020 13:33:05 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010005	TSAT010005
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010006	TSAT010006
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020004	MTAR020004
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020005	MTAR020005
107	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010001	TSA010001
108	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P.T - Lote:TSARM020001	TSARM020001
109	282.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010001	MCTAB010001
110	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL020001	SDATL020001
111	400.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA010001	SDA010001
112	120.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020001	MCTAB020001

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.50	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/16/2020 12:04:25 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.83	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/16/2020 12:04:40 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 01/16/2020 14:30:37 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço