



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/28/2018 19:02:55 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1001472

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2156105
Nº SO: 1898010
NF Cliente/Cust. 28265 1

5 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 02/27/2018 16:32:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL80203	SDATL80203

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy	40.00 kGy	7.84	Pass	JINACIO	02/28/2018 14:18:30 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA
Por:

Data/Date: 02/28/2018 14:33:00 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço